

**NOTA INFORMATIVA SUL POSIZIONAMENTO DELL' HOLTER DINAMICO PER I MINORI**

Il posizionamento dell'holter dinamico nel bambino/a prevede sempre una corretta informazione antecedente l'esame, da parte del personale e dei genitori, in modo tale da preparare il bambino/a dal punto di vista psicologico ad accettare l'esame e a collaborare nell' esecuzione dello stesso.

Durante le 24 ore di durata dell'esame, in bambini particolarmente predisposti, è possibile la comparsa di prurito, irritazione ed arrossamento della cute in corrispondenza del sito del cerotto, necessario al corretto posizionamento degli elettrodi. È quindi importante che **il bambino sia sempre monitorato da un adulto** durante le 24 ore. Nel caso si manifestasse una particolare intolleranza ai cerotti, il genitore può rimuovere gli elettrodi ed avvertire il centro.

Il monitoraggio da parte di un adulto è necessario anche per quanto riguarda il controllo del corretto posizionamento degli elettrodi, della cura della macchinetta dell'holter e della corretta compilazione del diario giornaliero.

Se il monitoraggio dovesse svolgersi anche durante le ore scolastiche, è opportuno che i genitori informino i docenti.

Grazie per la VS gentile collaborazione  
SRB POLIDIAGNOSTICO

FIRMA PER PRESA VISIONE:  
IL.....

MADRE: .....

PADRE: .....